



凯恒辐照  
Kaiheng Irradiation

辐照证明书  
CERTIFICATE OF IRRADIATION

KHFZ-QR06-6 A/1

客户名称 Customer	广州热泉科技有限公司			
产品名称/货号 Product description	包装尺寸 Size (cm)	重量(kg)/件 kg/unit	数量(箱) Qty.(CTNS.)	产品名称/产品批号 Product batch No.
海绵涂抹棒采样袋	37*32*20	4.15	1	/
这批产品已经过高能电子束辐照。 THE PRODUCTS HAVE BEEN IRRADIATED BY HIGH ENERGY ELECTRON BEAMS.				
辐照加工批号 Process batch No.	260107124859	辐照结束日期 Process finished date	2026/1/7	
客户要求吸收剂量 Requested dose	最低 Min. 17.0 kGy	产品吸收剂量 Dose in process	最低 17.2 kGy	
	最高 Max. / kGy		最高 22.7 kGy	
检验员 Inspector	陈丽纯		广州凯恒科塑有限公司 辐照中心 GUANGZHOU KAIHENG K&S CO., LTD. IRRADIATION CENTER 40112123	
审核 Approved	[Signature]			
日期 date	2026/1/7			

剂量检测不确定度声明: U=4.5% ; k=2  
 Inspection uncertainty statement: U=4.5% ; k=2

地址: 广州市黄埔广汕路长安148号凯恒科技园  
 Add.: KAIHENG TECHNOLOGY GARDEN NO.148 CHANGAN GUANGSHAN HIGHWAY, HUANGPU, GUANGZHOU.  
 电话Tel: 020-32077710 传真Fax: 020-82177497  
 邮编P.C.: 510520  
<http://www.kaihengfz.com>